

濾紙名	保留粒子(μ)	濾過速度	厚み(mm)	灰分含有量(g) (at 5.5cm円形)	用途
No.3	5	やや速い	0.23	0.0001	土壌試験・セメント試験・肥料試験・ 鉍物試験等の定量分析に
No.4(硬質濾紙)	1	特に遅い	0.17	0.00006	強酸、強アルカリ溶液に
No.5A	7	速い	0.22	0.00004	粗大沈殿の濾過に
No.5B	4	やや速い			普通の沈殿に
No.5C	1	遅い			微細な沈殿の濾過に
No.6	3	やや遅い	0.19	0.00002	普通の沈殿に
No.7	4	やや速い		0.000007	
G F P	0.8	速い	—	—	化学的な安定を要するものに
SS-47	0.5	特に遅い			懸濁物質測定用に