

測定機能	測定範囲	分解能	測定精度
温度計	0~50°C	0.1°C	±2°C
K熱電対温度計	-100~1300°C	0.1°C	±(1% rdg + 1°C)
湿度計	10~95% RH	0.1 RH	< 70% RH / ±4% ≥ 70% RH / ±4% rdg ±1.2% RH
照度計	0~2200lx/180~20000lx	1lx/10lx	5% rdg + 8dgt
風速計	0.4~30.0m/s	0.1 m/s	≤ 20m/sec ±3% F.S > 20m/sec ±4% F.S
騒音計	35~130dB	0.1dB	±2.0dB (125Hz時)