

| 型番 | ECO | | | | | HP | FW |
|------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 項目 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 総硬度(炭酸カルシウム換算) | 総アルカリ度(炭酸カルシウム換算) | pH | 過酸化水素 | 総残留塩素 |
| 測定原理 | 還元剤 + Gries-Romizine反応 | Gries-Romizine反応 | Ca・Mg錯体の呈色反応 | ブロムクレゾールグリーンの呈色反応 | フェノールレッドの呈色反応 | ペルオキシダーゼ法 | |
| 測定範囲 | 0・1・2・5・10・20・50mg/ℓ | 0・0.15・0.3・1.0・1.5・3.0mg/ℓ | 0・25・50・120・250・425mg/ℓ | 0・20・40・80・120・180mg/ℓ | 6.4・6.8・7.2・7.5・7.8・8.4 | 0・1・3・5・10mg/ℓ | 0・10・20・30・40・60mg/ℓ |