

測定項目	照度	紫外線強度	溫度	濕度
測定範囲	0~130000Lux	0~30mW/cm <sup>2</sup>	0~55°C	10~95%RH
測定精度	10~100000Lux/ ±5%(25°C/50%)	0.1~30mW/cm <sup>2</sup> / ±5%(25°C/50%)	平均±0.3°C	±5%RH(25°C/50%)
積算値単位	Lux·h, kLux·h, MLux·h	mW/cm <sup>2</sup> ·h, W/cm <sup>2</sup> ·h		—