

項目		規格
HPCL グラディエントテスト	60ml(1ml/min)濃縮	< 0.006AU (at 210a) ・ < 0.002AU (at254a)
	濃縮無し	< 0.003AU (at210a) ・ < 0.001AU (at254a)
吸光度		< 0.05AU (UV200a) ・ < 0.01AU (UV205a) ・ < 0.01AU (UV210a) ・ < 0.005AU (UV254a)
相対蛍光強度(標準：キニーネ)		< 1ppb (at254a) ・ < 1ppb (at365a)
LC/MS 適合性試験		合格(10ppbレセルピン(609m/z・ESI+)より高いピーク無し)
蒸発残渣(ISO3696法)		< 0.0001% w/w