

| | | | | |
|------|----------------|-----------------------------------|---|---------|
| 測定項目 | 溶存酸素(ポーラログラフ法) | 溶存酸素飽和率 | 大気圧 | 温度 |
| 測定範囲 | 0.00~60.00mg/ℓ | 0.0~600.0% | 0.0~1100.0hPa | 0~45°C |
| 分解能 | 0.01mg/ℓ | 0.1% | 0.1hPa | 0.1°C |
| 精 度 | 1% FS(本体+プローブ) | ±0.3% ±1 digit (at 0.0~199.9%) | 18~25°C/±2hPa±1 digit、 その他/±(2hPa+0.1hPa/°C) | ±0.25°C |