

測定項目	pH	mV・相對mV	溫度
測定表示範圍	-2.000~ +20.000pH	-2000.0~ +2000.0mV	手動 / -30.0~+130.0°C、 自動 / -5.0~+130.0°C
分解能	0.001・0.01pH	0.1・1mV	0.1°C
精度	±0.002pH	±0.2mV	±0.1°C