



■ ピュアポート用交換部品 1-4018-01 ~ 03

■ 消耗品の交換

● 本体の設置

交換時期の目安は次の通りになります。

消耗品	交換時期の目安	処理能力
イオン交換樹脂 	C L E A Nランプが緑色にならない	約190 ℓ 原水...200 μ S/cm
活性炭カートリッジ 	使用開始から6カ月、 またはイオン交換樹脂約30本分	流量が減少しはじめるまで 約7000 ℓ 原水...東京都の水道水の場合
中空糸フィルター 	使用開始から6カ月、 または6カ月以前でも流量 が少なくなった時。	流量が0.5 → 0.4 ℓ /minに 減少するまで約2500 ℓ 原水...東京都の水道水の場合

【測定例】イオン交換樹脂の通水量と導電率の関係

