

<W-20計量結果>

計量の対象					計量結果		計量の対象		計量結果	
C	O	D	M	n	0.5 mg/ℓ 以下		カリウム		0.01mg/ℓ 以下	
銅					0.005mg/ℓ 以下		カルシウム		0.01mg/ℓ 以下	
亜鉛					0.005mg/ℓ 以下		フッ化物イオン		0.05mg/ℓ 以下	
鉄					0.01 mg/ℓ 以下		全蒸発残留物		1.0 mg/ℓ 以下	
シリカ (SiO ₂)					0.05 mg/ℓ 以下		電気誘導率		0.19μS/cm (25℃)	
塩化物イオン					0.1 mg/ℓ 以下		大腸菌群		陰性	
アンモニウムイオン					0.05 mg/ℓ 以下		—		—	