■仕様

測定波長範囲	190.0～1100.0㎚
スペクトルバンド幅	5㎚
波長表示	0.1㎚単位
波長設定	0.1㎚単位（波長走査領域設定時は1㎚単位）
波長正確さ	±1.0㎚
波長繰り返し精度	±0.3㎚
光源切り替え	以下の3つから選択可能 1：波長と連動した光源の自動切り替え 切り替え波長：295～364㎚（1㎚単位で選択可能） 推奨波長：340㎚ 2：切り替え無しのハロゲンランプ（W1）のみの使用 3：切り替え無しの重水素ランプ（D2）のみの使用
測光方式	シングルビーム測光方式
測光レンジ	吸光度／−0.3～＋3.0Abs、透過率／0.0～200％
測光正確さ	±0.005Abs（1.0Absにて）NIST930Dフィルタ使用±0.003Abs（0.5Absにて）
試料室内寸法	110×230×105㎜（一部高さ155㎜）、光路長10㎜セル用
電源	AC100～120V　50/60㎐　160VA
本体外寸法／重量	416×379×274㎜／11㎏