

■ デジタル騒音計 1-5817-01

■ 測定上の注意

1. 測定は下記の環境条件のもとで行ってください。
  - ① 高度：2000m以下
  - ② 湿度：90%RH以下
  - ③ 温度：0～40℃
  
2. 風が吹いている状態ではマイクロホンは測定とは無関係なノイズを感知してしまいます。  
風が吹いている環境で本器を使用する場合は、余計なノイズを拾わないために防風保護スクリーンをマイクロホンにかぶせて使用してください。
  
3. 本器を長期間使用しなかった場合、あるいは劣悪な環境で使用する場合は、操作前に本器の校正を行ってください。
  
4. 長期間にわたり本器を高温多湿な環境に放置しないでください。  
また、同様に高温多湿な場所での操作は避けてください。
  
5. マイクロホンセンサー部は乾いた状態に保ち、衝撃は避けてください。
  
6. 本器を長期間使用しない場合は電池を外し、本体は低湿度の環境で保管してください。