

型 番	アクアチェック3			アクアチェックHC	アクアチェックLC	アクアチェックTC	アクアチェックSP		
測 定 項 目	低濃度遊離残留塩素	pH	Mアルカリ度	高濃度遊離残留塩素	低濃度遊離残留塩素	低濃度総残留塩素	遊離残留塩素	総残留塩素	pH
発 色 剤	シリンガルダジン			テトラメチルベンチジン	シリンガルダジン	ミヒラーチオケトン	シリンガルダジン	ミヒラーチオケトン	フェノールレッド
測定範囲 (mg/ℓ)	0、0.2、0.4、0.7、1.0、 2.0、3.0、5.0、10.0	5.8、6.5、7.0、7.5、 8.0、8.6	0、20、40、80、 120、180	0、25、50、100、 200、400、600	0、0.1、0.3、0.5、 0.7、1.0	0、0.1、0.5、1.0、3.0	0、0.2、0.4、0.8、 1.0、2.0、3.0	0、0.5、0.8、1.2、 1.4、2.0	5.8、6.5、7.2、7.6、 8.0、8.6