

型番	アクアチェック			アクアチェックHC	アクアチェックLC	アクアチェックTC
測定項目	低濃度遊離残留塩素	pH	Mアルカリ度	高濃度遊離残留塩素	低濃度遊離残留塩素	低濃度総残留塩素
発色剤	シリンガルダジン			テトラメチルベンチジン	シリンガルダジン	ミヒラーチオケトン
測定範囲 (mg/l)	0、0.2、0.4、0.7、1.0、 2.0、3.0、5.0、10.0	5.8、6.5、7.0、 7.5、8.0、8.6	0、20、40、80、 120、180	0、25、50、100、 200、400、600	0、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0	0、0.1、0.5、1.0、3.0