

型番	測定範囲	分解能	校正点
ECTestr11	0~2000 $\mu$ S/cm・ 0~20.00mS/cm	10 $\mu$ S/cm・ 0.1mS/cm	自動/2点、 手動/各測定レンジ毎1点
ECTestr11+	0~200.0 $\mu$ S/cm・ 0~2000 $\mu$ S/cm・ 0~20.00mS/cm	0.1 $\mu$ S/cm・ 1 $\mu$ S/cm・ 0.01mS/cm	自動/3点、 手動/各測定レンジ毎1点