

■仕様

検知対象ガス	酸素	一酸化炭素
採取方式	拡散式	
測定原理	ガルバニ電池式	定電位電解式
測定範囲(最小目盛)	0.0～25.0% (0.1%)	0～300ppm (1ppm)
精 度	±0.7% O ₂ 以内(校正時)	フルスケールの±5%以内(校正時)
表 示 内 容	ガス種・瞬時値濃度(サンプリング時間2秒)・電池電圧・濃度単位(シートスイッチ上に印刷)・オーバー表示・警報表示・ピーク値	
応答時間(90%)	20秒以内(周囲温度20℃)	
連続使用時間	3000時間以上(無警報時20℃以上)	
使用環境条件	温度/0～40℃、相対湿度/30～90% RH(結露無きこと)	
警 報 方 式	ブザー・ランプ(速い断続動作)・表示部照明点灯・自動復帰	第一警報/ブザー・ランプ(速い断続動作)・表示部照明点灯・自動復帰 第二警報/ブザー・ランプ(速い断続動作)・表示部照明点灯・自動復帰
ブザー音量	ブザー面より距離10cmで98dB以上	
機 能	ワンタッチ21%スパン/ゼロ調整・自動ガス校正・自動センサーチェック・自動回路動作チェック・電池電圧表示・電池交換警報・電波/静電気障害対策・バックライト付き	
規 格	防滴構造IPx4相当	
電 源	単4乾電池×1本(テスト用付属)	
付 属 品	センサー・センサーフィルター・ソフトケース	