

■データロガー熱中症計 2-6794-01

■仕様

測定項目	レンジ	分解能	測定精度
WBGT指数(室内)	0~59°C	0.1°C	±1°C(15~59°C)、±1.5°C(左記以外)
WBGT指数(室外)	0~56°C	0.1°C	±1.5°C(15~56°C)、±2°C(左記以外)
WBGT方程式	室内(日光なし)／WBGT=0.7WB+0.3TG、室内(日光あり)／WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA		
気温(TA)	0~50°C	0.1°C	0.8°C(15~40°C)
黒球温度(TG)	0~80°C	0.1°C	0.6°C(15~40°C)
相対湿度	5~95%RH	0.1%RH	±(3%rdg+1%RH)／≥70%RH、±3%RH／<70%RH
露点温度	-25.3~48.9°C	0.1°C	気温と相対湿度より算出
湿球温度	-21.6~50.0°C	0.1°C	気温と相対湿度より算出