

型 号		D-51S	D-52S・LAB	D-53S	D-54SE	D-55S
pH	测定方式	玻璃电极法(JIS形式Ⅰ)				
温 度	测定范围/ 分辨率	0.00～14.00pH/0.01pH				
		0.0～100.0℃/0.1℃				
—		—1999～+1999mV/1mV				
—		—	0.00 μg/ℓ～ 999g/ℓ (mol/ℓ) /有效数字3位	—	—	
—		—	—	—	—	
电导率	测定方式	—	—	—	交流2电极法	—
	测定范围	—	—	—	电池常数100m ⁻¹ : 0.000ms/m～19.99s/m、 电池常数10m ⁻¹ : 0.0 μs/m～1.999s/m、 电池常数1000m ⁻¹ : 0.00ms/m～199.9s/m	—
	分辨率	—	—	—	0.05%F.S.	—
	测定方式	—	—	—	—	隔膜式原电池法
溶存氧	测定范围/ 分辨率	—	—	—	—	0.00～ 19.99mg/ℓ /0.01mg/ℓ
输 入 CH		1		2		
电 源		DC3V(5号干电池)(附带)或AC适配器100～240V 50/60Hz(另售)				
防 水 标 准		JIS C 0920保护等级7(防浸型)				