


# アイボリー広口びん


## 外形寸法図

(単位：mm)


5-002-01




5-002-04




5-002-02




5-002-05



5-002-03



5-002-6



## 計量規格

(単位：mm)

5-002-01～06

	品名	製品重量 g	ネジ山径 mm	口内径 mm	下リング径 mm	胴径 mm	ボトル全高 mm	満注容量 ml
広口瓶	50ml	9.0±1.0	33.0±0.25	24.9±0.20	34.0±0.25	40.0±0.6	75.0±0.6	70±3.0
	100ml	12.0±1.5	33.0±0.25	24.9±0.20	34.0±0.25	47.0±0.7	96.0±0.7	128±5.0
	250ml	26.0±2.0	43.6±0.30	32.0±0.25	44.5±0.30	62.0±0.8	128.0±0.7	305±10.0
	500ml	45.0±3.5	54.6±0.30	41.9±0.30	55.5±0.30	76.0±1.0	160.0±0.8	595±15.0
	1000ml	70.0±5.0	60.6±0.40	47.8±0.35	61.5±0.40	92.0±1.5	196.0±1.5	1090±20.0
	2000ml	140.0±10	83.6±0.40	65.0±0.40	84.0±0.50	120.0±2.0	240.0±3.0	2300±50.0
細口瓶	50ml	6.5±0.8	20.5±0.25	11.0±0.20	21.1±0.25	40.0±0.6	72.0±0.6	62±3.0
	100ml	14.0±1.5	27.0±0.25	16.0±0.20	27.8±0.25	47.0±0.7	96.0±0.7	118±5.0
	250ml	22.0±2.0	27.0±0.25	16.0±0.20	27.8±0.25	62.0±0.8	129.0±0.7	290±10.0
	500ml	42.0±3.5	33.0±0.25	20.0±0.20	33.8±0.25	76.0±1.0	165.0±0.8	565±15.0
	1000ml	70.0±5.0	33.0±0.25	20.0±0.20	34.0±0.25	92.0±1.5	202.0±1.5	1080±20.0
角瓶	50ml	13.5±1.5	27.0±0.25	16.0±0.20	27.8±0.25	35.0±0.6	75.0±0.6	59±3.0
	100ml	15.5±1.5	27.0±0.25	16.0±0.20	27.8±0.25	42.0±0.7	90.0±0.6	110±5.0
	250ml	30.0±2.5	43.6±0.30	32.0±0.25	44.5±0.30	58.5±0.8	114.0±0.7	290±10.0
	500ml	64.5±5.0	54.6±0.35	41.5±0.35	55.5±0.35	72.0±1.0	138.0±1.0	580±15.0
	1000ml	97.8±7.0	60.6±0.40	48.0±0.40	61.5±0.40	90.0±1.5	167.0±1.5	1130±20.0

径の寸法値についてはパーティング方向と直角方向との平均とする  
 広口2リットル瓶については 暫定規格

## 漏洩規格

5-002-01～06

水を定量充填して、下記表に示された品名ごとの締め付けトルクでキャップ締め、倒立で室内に放置して12時間後にネジ山に達する漏洩がないこと。

	広口瓶	細口瓶	角瓶
50ml	15kg.cm	10kg.cm	15kg.cm
100ml	15kg.cm	15kg.cm	15kg.cm
250ml	20kg.cm	20kg.cm	20kg.cm
500ml	30kg.cm	20kg.cm	25kg.cm
1000ml	40kg.cm	25kg.cm	30kg.cm
2000ml	40kg.cm	kg.cm	kg.cm