

过滤器型号	始沸点(kPa) <sup>※1</sup>	厚(μm)	液体流量(ml/min/cm <sup>2</sup> ) <sup>※2</sup>
JVWP	2360	30	100
JGWP	1360	65	50
JHWP	790		15
JAWP	360	85	5
JMWP	210		1.5
JCWP	70		0.5

※1始沸点用甲醇测定。  
 ※2惰性液体用甲醇测定，Mitex和LCR用水测定。